



چک لیست پالس اکسی متر (کاربران)

		مدل دستگاه:	مارک دستگاه:		
		شماره سریال:	شماره ثبت تجهیزات پزشکی:		
سوال	توضیحات	بله	خیر		
آیا شرایط فیزیکی بدنه (استحکام عدم شکستگی و...) مناسب است؟					
آیا پایه ها و اتصالات و وضعیت نصب در شرایط مناسبی قرار دارد؟ در صورتی که پالس پرتابل است آیا چرخ ها و وضعیت تالی مناسب است؟					
آیا محل قرارگیری دستگاه از نظر ایمنی (عدم امکان سقوط یا وارد آمدن ضربه) بیمار، پرسنل و دستگاه مناسب است؟					
آیا دستگاه جهت استفاده پرسنل به راحتی قابل دید و تنظیم بوده و در موقعیت مناسب نسبت به بیمار قرار دارد؟					
آیا کابل و سیم های دستگاه از نظر ظاهری (عدم وجود قطعی له شدگی و ...) سالمند؟					
آیا دو شاخه سالم است و تیغه های آن از استحکام کافی برخوردارند؟					
آیا طول کابل دستگاه مناسب است؟ (۳متر برای کاربرد عادی و ۵.۵ متر اتاق عمل)					
آیا به تعداد کافی پروب یکبار مصرف وجود دارد؟					
آیا دستگاه به تنهایی با باتری کار می کند؟					
آیا آلارمهای دستگاه فعال بوده و میزان صدای آن مناسب است؟					