



معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چک لیست پالس اکسی متر (واحد مهندسی)			
		مارک دستگاه:	مدل دستگاه:
		شماره ثبت تجهیزات پزشکی:	شماره سریال:
خیر	بله	توضیحات	سوال
			آیا پس از بررسی توسط مولتی متر، کابل ، پروب ، پریزها و دوشاخه ها سالمند؟
			آیا زمان شارژ باتری و عملکرد آن مناسب است؟
			آیا نمایشگرها ، چراغ ها ، صفحه کلید و تنظیمات آنها از عملکرد مناسبی برخوردار است؟
			آیا تاریخ مصرف باطری معتبر بوده و دستگاه بدون باطری دارای عملکرد مناسب می باشد؟
			آیا عملکرد آلامها در حدود تعیین شده صحیح است؟
			آیا مقاومت زمین حفاظتی در حد استاندارد است؟
			آیا جریان نشتی بدنه در حد استاندارد است؟ (طبق دسترالعمل ها)
			آیا فیوز خارجی در صورت وجود روی بدنه سالم است؟