



چک لیست الکتروشوک (کاربری)

		مدل دستگاه:	مارک دستگاه:	
		شماره سریال:	شماره ثبت تجهیزات پزشکی:	
سوال	توضیحات	بله	خیر	
آیا شرایط فیزیکی بدنه از نظر (تمیزی استحکام عدم شکستگی و...) مناسب است؟				
آیا کابل و سیم ها و نگهدارنده آنها از نظر ظاهری (عدم وجود قطعی له شدگی و... سالمند؟				
آیا ژل دفیبریلاتور ، پلیت های یکبار مصرف یا الکترودهای آن همراه دستگاه هستند و تاریخ مصرف آنها تمام نشده است؟ آیا ژل و الکترودها واز کیفیت مناسب برخوردار بوده و زمان انقضای آنها بررسی شده؟				
آیا آلارم های دستگاه فعالند و حجم صدای آنها مناسب است؟				
آیا کلیه کلیدهای تنظیمات فعال و دارای عملکرد صحیح هستند؟				
آیا عملکرد شارژ و دشارژ دستگاه مطلوب است؟ و در مودهای مختلف دارای عملکرد مطلوب است؟				
آیا عملکرد پرینتر دستگاه مطلوب است؟				
آیا دستگاه بدون برق و با باتری عملکرد مطلوب را دارد؟				
آیا دستگاه جهت استفاده پرسنل به راحتی قابل دید و تنظیم است؟ و در محل مناسبی نسبت به بیمار قرار دارد؟				