

پیشگیری و بهداشت

مدیریت بهداشت محیط

تعداد سنجه	تعداد استاندارد مرتبط با پرستاری
۲	۲

ه-ا-ا کیفیت آب بیمارستان با استانداردهای کشوری آب آشامیدنی مطابقت دارد.
سنجه ۴. کنترل کیفی آب مصرفی دستگاههای دیالیز طبق دستورالعمل وزارت بهداشت
انجام میشود

روش ارزیابی	گام
بررسی مستند	بررسی سوابق آزمایشات میکروبی آب مصرفی دستگاههای دیالیز*
بررسی مستند	بررسی سوابق آزمایشات شیمیایی آب مصرفی دستگاههای دیالیز*

▶ آزمایشات میکروبی بصورت ماهانه و آزمایشات شیمیایی سه ماه یکبار انجام میگیرد.

ه-ا-۷ آشپزخانه و فضاهای پشتیبانی آن و محل ارائه مواد غذایی، دارای معیارها و شرایط بهداشتی هستند

سنجه ۶. شرایط آبدارخانه بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان مطابق آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت است.

روش ارزیابی	گام
مشاهده	وجود آبدارخانه در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان
بررسی مستند و مشاهده	تطابق شرایط آبدارخانه با آییننامه و دستورالعمل *