



چک لیست الکتروکاردیوگراف (واحد مهندسی)

		مدل دستگاه:	مارک دستگاه:	
		شماره سریال:	شماره ثبت تجهیزات پزشکی:	
سوال	توضیحات	بله	خیر	
آیا پس از بررسی توسط مولتی متر، کابل، پروب، پریزها و دوشاخه ها سالمند؟				
پس از اتصال کابل ها و لید استیمولاتور، آیا شکل موج اشتقاقی رویت می شود؟ پس از قطع تک تک لید ها و خم کردن سیم ها دستگاه سالم است؟				
آیا ثبت دستگاه عاری از نویز و تداخلات محیطی می باشد؟				
آیا پاسخ پله سیگنال درست می باشد و خط مبنا بدون اعوجاج و دارای ضخامت مناسب است؟				
آیا عملکرد رکورد در مناسب می باشد؟				
با ایجاد شرایط آلام آیا آلامها مناسب و فعال می باشند؟				
آیا هد دستگاه سالم بوده و درجه حرارت آن ثابت است؟				
آیا جریان نشستی در حد مجاز است؟				
آیا مقاومت بین پین زمین وبدنه در حد مجاز است؟				
آیا سرعت ریکورد در استاندارد است (۲٪ خطای مجاز)				