



چک لیست الکتروشوک (واحد مهندسی)			
		مارک دستگاه:	مدل دستگاه:
		شماره ثبت تجهیزات پزشکی:	شماره سریال:
سوال	توضیحات	بله	خیر
پس از بررسی توسط مولتی‌متر آیا پریزها دوشاخه ها و کابل و پروب سالمند؟			
آیا عملکرد نمایشگرها چراغ ها صفحه کلید و تنظیمات مناسب است؟			
آیا امکان دشارژ ایمن انرژی ذخیره شده برای حفاظت از پرسنل و شوک تصادفی وجود دارد؟			
آیا دستگاه به سرعت انرژی ذخیره شده را زمانی که برق قطع می شود تخلیه می کند؟			
آیا باتری و نشانگر شارژ آن سالم بوده ویدرستی شارژ می گردد؟			
آیا با ایجاد شرایط آلام، آلامها مناسب و فعال می باشند؟			
آیا جریان ناشی دستگاه در حد مجاز می باشد؟			
آیا آزمون ۱ میلی ولت بدرستی انجام می شود؟ آیا سرعت کارکرد دستگاه مناسب است؟			
آیا مقدار مقاومت بین بدنه و زمین در حد استاندارد است؟			
آیا فیوزهای بکار رفته با نوع و مشخصات درج شده روی بدنه دستگاه مطابقت دارد؟			