

چک لیست کشوری در مانگاه تخصصی پوست و مو

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

تلفن ثابت مرکز:

تاریخ و ساعت بازدید:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

پزشک عمومی

متخصص پوست و مو

تلفن همراه مسئول فنی:

بخشهای مندرج در پروانه*

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	۳	۲	۱	۰		
	مشاهده		۳				پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، وجود دارد .	مجوز
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده		۲				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
حضور مستمر و دائم مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک جانشین معرفی شده به معاونت درمان طبق آئین نامه	مشاهده		۳				مسئولین فنی و یا جانشین معرفی شده حضور دارند.	نیروی انسانی
بررسی مستندات مربوط به ارسال لیست پزشکان و پیراپزشکان به معاونت درمان	مشاهده و بررسی مستندات		۱				لیست پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه به معاونت درمان ارسال می شود.	
مطابق آیین نامه و قوانین	مشاهده و بررسی مستندات		۲				کادر فنی درمانگاه طبق آیین نامه حضور دارند	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز ، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف	مشاهده و بررسی		۲				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	مراقبت و درمان
مطابق آیین نامه و قوانین	مشاهده و بررسی مستندات		۳				خدمات تشخیصی - درمانی تخصصی با شرایط استاندارد در درمانگاه انجام می شود. (لیزر تراپی ، الکترولیز و اشعه درمانی، کاشت مو ، ...)	
مطابق آیین نامه و قوانین	مشاهده و بررسی مستندات		۳				جراحی های سرپایی و بیوپسی ضایعات پوستی با شرایط استاندارد در درمانگاه انجام می شود.	آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی
اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده		۲				اندازه ، تعداد و عناوین تابلو استاندارد می باشد.	
عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه ، مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	مشاهده و بررسی مستندات		۱				بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	
عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه	مشاهده و بررسی مستندات		۲				پروانه های مرکز در معرض دید مراجعین نصب می	
	مشاهده		۲					

						باشد
ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، نام پزشک معالج ، نوع خدمت / برنامه نرم افزار جایگزین	مشاهده و بررسی مستندات		۲			دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران وجود دارد
ثبت نام و نام خانوادگی - سن - تاریخ و ساعت و علت مراجعه - اقدامات انجام شده - تشخیص بیماری - نام و مهرپزشک در پرونده	مشاهده و بررسی مستندات		۳			برای کلیه مراجعین از جمله برای بیمارانی که مورد جراحی سرپایی ، بیوپسی و یا کاشت مو قرار می گیرند پرونده تشکیل می شود.
بررسی عدم تغییرات کاربری نیز مد نظر باشد.	مشاهده و بررسی مستندات		۱			فضای فیزیکی ساختار فیزیکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد
بررسی مستندات مربوط به مصونیت بر علیه هیپاتیت B	مشاهده و بررسی مستندات		۲			سوابق مصونیت بر علیه هیپاتیت B جهت کارکنان شاغل وجود دارد
تعویض به موقع safety box (پس از پرشدن ۳/۴ safety box) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box	مشاهده و بررسی مستندات		۲			مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) رعایت می شود.
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده و بررسی مستندات		۱			قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد
وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	مشاهده و بررسی مستندات		۱			برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد
تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی مستندات		۱			از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده		۱			سطل زباله با درب و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم (عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی) - وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - وجود چسب OK روی ست ها و بیکس گاز و درج تاریخ استریل روی آنها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده و بررسی مستندات		۲			پیشگیری و بهداشت شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود(درج تاریخ- استفاده از تست اندیکاتور)
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده و بررسی مستندات		۱			وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد
	مشاهده		۲			دستورالعمل رعایت بهداشت دست رعایت می شود.
وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترالی و	مشاهده و بررسی مستندات		۲			دارو و تجهیزات ترالی کد اورژانس و امکانات کامل احیا وجود دارد

داروها در هر نوبت کاری							
عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی مستندات	۱				دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته و یا داروی غیراورژانسی وجود ندارد	
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت / کالیبراسیون ساکشن	مشاهده و بررسی	۲				کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز و ساکشن وجود دارد	
تائید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ...) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه	مشاهده و بررسی	۲				دستگاه الکتروشوک سالم وجود دارد	
وجود اتوکلاو Class B - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بوئیدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۲				جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو کلاس B استفاده می شود	
وجود تخت های سالم و ایمن و مقاوم در برابر زنگ زدگی - قابل شستشو بودن	مشاهده و بررسی مستندات	۱				تخت مخصوص اعمال پوستی در اتاق های درمانی وجود دارد.	
وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر	مشاهده و بررسی مستندات	۱				درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد (نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود)	
وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۲				سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد	
مشاهده	مشاهده	۱				پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی در معرض دید مراجعین نصب می باشد .	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱				پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱				مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده و بررسی مستندات	مشاهده و بررسی مستندات	۱				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی مستندات	۳				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
رعایت شئونات پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی	مشاهده	۱				محرماتگی و حفظ حریم خصوصی رعایت می گردد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده	۱				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی مستندات	۳				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
<p>ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .</p>		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	