

چک لیست کشوری مطب پزشکان عمومی

نام و نام خانوادگی پزشک :
 شماره نظام پزشکی :
 شماره پروانه مطب :
 آدرس پستی و منطقه شهرداری :
 ساعت و روزهای فعالیت :
 شرایط خاص :
 مجوزها (تاریخ اعتبار مجوز-مرجع صدور) ***

تاریخ اعتبار پروانه مطب :
 کد ملی دارنده پروانه :
 تلفن ثابت و همراه :
 تاریخ و ساعت بازدید :
 شهرستان مجاز به فعالیت مندرج در پروانه :
 رشته درج در پروانه **
 گرایشهای مندرج در تابلو :

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری				روش ارزیابی	توضیحات
		۰	۱	۲	ضریب امتیاز		
مجوز	پزشک دارای پروانه طبابت معتبر می باشد.				۴	مشاهده	
	واحد تزریقات دارای مجوز می باشد				۳	مشاهده	
نیروی انسانی	متصدی تزریقات شرایط لازم جهت انجام تزریقات دارد.				۲	مشاهده مستندات	وجود پرستار ، بهیار ، پزشکیار و کاردان ها کارشناسان گروه پیراپزشکی در واحد تزریقات (مطابق با آیین نامه واحد تزریقات)
	افراد فاقد صلاحیت در مطب فعالیت نمی نمایند.				۳	مشاهده مستندات	مشاهده فعالیت افراد بدون داشتن مدرک و مجوزهای مرتبط در خصوص حجامت ، مراقبت های پوستی ، بخیه و تزریقات
مراقبت و درمان	تزریقات ، سرم تراپی ، بخیه و پانسمان در مطب بدون داشتن واحد تزریقات انجام می شود.				۱	مشاهده مستندات	
	اقدامات درمانی- تشخیصی غیر مجاز انجام نمی شود				۳	مشاهده مستندات	مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و سایر مراجع ذی صلاح اقدام فاقد مجوز
آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی	اندازه ، تعداد و عناوین تابلو استاندارد می باشد.				۳	مشاهده مستندات	اندازه و تعداد تابلو مطابق با آیین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی- درج حد اکثر ۳ عنوان در تابلو - عدم استفاده از عناوین مرکز و یا پاراکلینیک
	عناوین تابلویاسرنسخه و کارت ویزیت مطابقت دارد (سرنسخه ضمیمه گردد)				۲	مشاهده مستندات	مشاهده همسان بودن عناوین تابلو و سرنسخه و کارت ویزیت
	دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران در واحد تزریقات وجود دارد				۲	مشاهده مستندات	ثبت نام و نام خانوادگی- سن- تاریخ و ساعت مراجعه- نام آمپول یا سرم- نوع تزریق- نام مسئول انجام تزریق- نام پزشک معالج- نرم افزار قابل جایگزینی است
	برای کلیه مراجعین ، بخصوص بیماران مزمن (از جمله بیماران قلبی و فشار خون) پرونده تشکیل می شود.				۱	مشاهده مستندات	ثبت نام و نام خانوادگی- سن- تاریخ و ساعت و علت مراجعه- اقدامات انجام شده- تشخیص بیماری - نام و مهرپزشک
فضای فیزیکی	الزامات آیین نامه ضوابط و تسهیلات مطب در مرحله تاسیس رعایت گردیده است.				۲	مشاهده مستندات	شرایط مطابق آیین نامه مذکور
	در فضای فیزیکی ، تغییری در مقایسه با پلان قبلی ایجاد نشده است.				۲	مشاهده مستندات	
	در صورت داشتن واحد تزریقات فضای فیزیکی استاندارد لازم را دارد				۲	مشاهده مستندات	حداقل متراژ ۱۲ متر مربع و به صورت مستقل - وجود روشویی - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب - دیوار و کف قابل شستشو - وجود حداقل دو تخت تزریقات
پیشگیری و بهداشت	سوابق مصونیت بر علیه هپاتیت B در مطب هایی که تزریقات ، پانسمان ، جراحی های سرپایی و یا معاینات زنان به عمل می آورند، وجود دارد				۱	مشاهده مستندات	بررسی مستندات مربوط به مصونیت بر علیه هپاتیت B
	مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) به شیوه صحیح انجام می پذیرد.				۱	مشاهده مستندات	تعویض به موقع safety box (پس از پر شدن ۳/۴ آن)- درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box

وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات	۱			قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد
وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	مشاهده مستندات	۱			برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد.
تمیز بودن بالاش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز	مشاهده مستندات	۱			از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده مستندات	۲			سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم - درج تاریخ استریل روی ستها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده مستندات	۲			از پگ های غیراستریل یا فاقد شرایط استاندارد استفاده نمی شود
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در مطب - کف و دیوار ها قابل شستشو - وجود روشویی - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده مستندات	۱			وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی /حرارتی و نظافت مطب ، مناسب می باشد
وجود تخت های سالم و ایمن و مقاوم در برابر زنگ زدگی - قابل شستشو بودن - وجود پاراوان یا پرده کنار تخت ها	مشاهده و بررسی	۱			تخت های مناسب جهت معاینه و تزریقات وجود دارد.
ست معاینه شامل: فشار سنج ،گوشی ، اتوسکوپ ، چراغ قوه ، آیسلانگ و ترمومتر	مشاهده مستندات	۲			ست معاینه در مطب وجود دارد.
از جمله : لارنگوسکوپ ، آمبویگ ، airway ، لوله تراشه ، آنژیوکت ، آمپولهای هیدروکورتیزون ، آدرنالین ، آتروپین و دیازپام ، نالوکسان ، و پرل TNG	مشاهده مستندات	۲			ست احیاء و داروهای اورژانس (emergency box) وجود دارد
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده مستندات	۱			کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد
وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون فور یا اتوکلاو - وجود تست فور یا اتوکلاو	مشاهده مستندات	۱			جهت استریل کردن وسایل از فور یا اتوکلاو کلاس B استفاده می شود
وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع	مشاهده مستندات	۱			کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد
مشاهده نصب پروانه در معرض دید مراجعین	مشاهده مستندات	۱			پروانه مطب معتبر در معرض دید نصب می باشد
عدم ویزیت همزمان چند بیمار - عدم وجود پارتیشن جهت جداسازی اتاق معاینه - وجود پاراوان کنار تخت معاینه	مشاهده مستندات	۱			حفظ حریم خصوصی بیمار در زمان معاینه رعایت می شود.
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و همراه کننده	مشاهده مستندات	۱			تبلیغات غیر مجاز و یا همراه کننده وجود ندارد.
نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده مستندات	۱			تعرفه های مصوب ابلاغی نصب است
بررسی مستندات(دفاترپذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی	۲			تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.

دارو و تجهیزات

رعایت حقوق گیرندگان خدمت

تعرفه

ایرادات مشاهده شده :

نظریه کارشناس

پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:

ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .

نام و نام خانوادگی بازدید شونده:

امضا و مهر

نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :

امضا (ها)

